

シャント超音波検査結果報告書

患者ID 000000 氏名 テスト患者 検査日 2021年10月11日
 年齢 60 性別 男 身長 160 cm 体重 60 kg 体表面積 1.62 m²

右手

動脈(中枢側)

F V 1000 mL
 血管径 6.0 mm
 R I 0.50

動脈(吻合部)

F V 800 mL
 血管径 5.0 mm

末梢動脈

flow OK

静脈(吻合部)


F V 500 mL
 血管径 5.0 mm

静脈(脱血部)

F V 600 mL
 血管径 6.0 mm

静脈(中枢側)

F V 800 mL
 血管径 8.0 mm



--- 動脈
 — 静脈

【所見】

[動脈] 前腕部に一部壁石灰化を認めるものの有意狭窄・閉塞は指摘できず。
 [静脈] 吻合部よりやや中枢に内腔径2.0mm、peakV=3.0m/sのshrink (+)

検査者 テスト技師